

Szanowni Państwo,
informuję, że do zapytania ofertowego na: „Dostawę 2 komór fitotronowych do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego” wpłynęło pytanie, na które Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi.

Pytanie 1:

(...) pytanie dotyczące zbiornika z pompką (doprecyzowanie).

Biorąc pod uwagę fakt, iż zbiornik zasilający znajduje się powyżej wlotu do nawilżacza i nie ma ryzyka zakłócenia grawitacji, czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie komór bez zbiornika z pompką, który w przypadku takiego rozwiązania jest zbędny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że dopływ wody do nawilżacza będzie sterowany mikroprocesorem i Wykonawca gwarantuje, że takie rozwiązanie jest skuteczne i bezawaryjne.

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty.

Z poważaniem
Best regards

Dorota Tryc

Dział Zamówień Publicznych

dorota.tryc@ios.gov.pl

tel. +48 22 37 50 583

www.ios.gov.pl

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Institute of Environmental Protection – National Research Institute



[ul. Krucza 5/11D](#)
00-548 Warszawa



Before you print think about the environment